

COMUNICADO DE ERRATA – 001
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 002/2021
CONVÊNIO Nº 918026/2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

A Associação Hospitalar Bom Jesus comunica aos interessados AVISO DE ERRATA referente ao Anexo I – Item Serra/Perfuradora Óssea (Drill)-Elétrica.

Segue abaixo correção no que concerne a especificação do equipamento.

Onde se lê:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA

Craniótomo Elétrico. Equipamento com tela de no mínimo 6.5 polegadas touch screen, com design compacto e leve, função de ajuste de velocidade, aceleração e torque, conexão de 02 motores utilizados alternadamente, menu ajustável a função memória. O pedal pode ser com 1 ou 3 botões com funções programáveis: liga/desliga o pedal; alternar entre motor A e B; ajuste da rotação (mínimo de 30%, padrão, máximo de 100%); modo de rotação reversa; Flush (irrigação em 100% quando pressionado). Micromotores leves, finos e de 80.000rpm, bivolt. Conectar a mais de 21 peças de mão com opção de acionador manual. Equipamento de craniotomia com unidade de controle, pedal simples, motor, craniótomo peça de mão, duraguard médio, perfurador, peça de mão curta angulada com comprimento 45mm e diâmetro da haste de 5,5mm; peça de mão drill reto utilizado com as fresas drill torcido, caixa de esterilização e bandeja de esterilização, tampa de metal de caixa de esterilização e manta de silicone para bandeja de esterilização. O Craniótomo peça de mão deverá acompanhar um protetor de dura médio e pode ser trocado por tamanho pediátrico e longo. Ponteira de trépano para usar em cirurgia de crânio infantil e adulto. A velocidade máxima de 1.200rpm devido ao redutor interno. O encaixa da broca de parada automática compatível. Fresas e brocas: 05

curta 3,0mm; 03 brocas cortante curta 5,0mm; 03 brocas cortante curtas 6,0mm; 02 brocas diamantadas curta 2,0mm; 02 brocas diamantadas curta 3,0mm; 02 brocas diamantadas curtas de 4,0mm; 02 brocas diamantadas curtas 5,0mm e 02 fresas drill torcido 1,5mm. Demais acessórios.

Leia-se:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA

Craniótomo Elétrico. Equipamento com tela de no mínimo 6.5 polegadas touch screen, com design compacto e leve, função de ajuste de velocidade, aceleração e torque, conexão de 02 motores utilizados alternadamente, menu ajustável a função memória. O pedal pode ser com 1 ou 3 botões com funções programáveis: liga/desliga o pedal; alternar entre motor A e B; ajuste da rotação (mínimo de 30%, padrão, máximo de 100%); modo de rotação reversa; Flush (irrigação em 100% quando pressionado). Micromotores leves, finos e de no mínimo 75.000 rpm, bivolt. Conectar a mais de 21 peças de mão com opção de acionador manual. Equipamento de craniotomia com unidade de controle, pedal simples, motor, craniótomo peça de mão, duraguard médio, perfurador, peça de mão curta angulada com comprimento 45mm e diâmetro da haste de 5,5mm; peça de mão drill reto utilizado com as fresas drill torcido, caixa de esterilização e bandeja de esterilização, tampa de metal de caixa de esterilização e manta de silicone para bandeja de esterilização. O Craniótomo peça de mão deverá acompanhar um protetor de dura médio e pode ser trocado por tamanho pediátrico e longo. Ponteira de trépano para usar em cirurgia de crânio infantil e adulto. A velocidade máxima de 1.200 rpm devido ao redutor interno. O encaixa da broca de parada automática compatível. Fresas e brocas: 05 fresas de craniótomo de no mínimo 1,6mm ; 03 brocas cortante curta 2,0mm; 03 brocas cortante curta 3,0mm; 03 brocas cortante curta 5,0mm; 03 brocas cortante curtas 6,0mm; 02 brocas diamantadas curta 2,0mm; 02 brocas diamantadas curta 3,0mm; 02 brocas diamantadas curtas de 4,0mm; 02 brocas diamantadas curtas

Associação Hospitalar Bom Jesus

Setor de Responsabilidade Social

Telefone: (42) 3220 5098 | Whats: (42) 98825-2148 – E-mail: siconv@hbj.com.br


Av. Dom Pedro II, 108 – Nova Rússia – Ponta Grossa – Paraná

MATRIZ CNPJ 75.608.547/0001-73 | FILIAL CNPJ 75.608.547/0003-35

5,0mm, 02 brocas de trepanação (broca perfuradora grande) e 02 fresas drill torcido 1,5mm. Demais acessórios.

Ponta Grossa, 05 de janeiro de 2022

Atenciosamente,



Marcos Antônio Kastl

Presidente da Comissão Interna de Convênios

Associação Hospitalar Bom Jesus

Setor de Responsabilidade Social

Telefone: (42) 3220 5098 | Whats: (42) 98825-2148 – E-mail: siconv@hbj.com.br

Av. Dom Pedro II, 108 – Nova Rússia – Ponta Grossa – Paraná

MATRIZ CNPJ 75.608.547/0001-73 | FILIAL CNPJ 75.608.547/0003-35