

## RESPOSTA – SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO 004

Ref. Cotação Prévia de Preços – Edital 002/2021

Prezados Senhores:

Segue esclarecimentos solicitados pela Empresa Arjo Brasil em 18/02/2021:

01- Questionamento referente a capacidade de peso do colchão .


**Resposta:** A cama solicitada no edital tem por objetivo ser apta a receber pacientes obesos, neste sentido colchões que suportem pacientes entre 100 a 200kg serão aceitos.

02- Questionamento referente a alimentação elétrica da cama:

**Resposta:** Serão aceitos preferencialmente equipamentos Bivolts.

Ponta Grossa, 18 de janeiro de 2022

Att



Marcos Antônio Kastl

Presidente da Comissão Interna de Convênios

**Associação Hospitalar Bom Jesus**

Setor de Responsabilidade Social

Telefone: (42) 3220 5098 – Whats (42) 98825 2148 | [siconv@hbj.com.br](mailto:siconv@hbj.com.br)

Av. Dom Pedro II, 108 – Nova Rússia – Ponta Grossa – Paraná

MATRIZ CNPJ 75.608.547/0001-73 | FILIAL CNPJ 75.608.547/0003-35